

Choix de l'environnement thermique en néonatalogie en néonatalogie

Poids < 1600 gr
et / ou
AG < 32 semaines

Incubateur
Humidité 80%

Dès 7 jours de vie
Incubateur
Diminution progressif de humidité 80%

Dès: Poids > 1600 gr et stable et T° incubateur < 32°C
et humidité entre 40 et 60%

Enfant stable
(Pas de soutien
respiratoire)

**Lit chauffant à 37°C
+ body**

Enfant instable :
- soutien respiratoire
- soins complexes

Table radiante

Poids > 1600 gr
et / ou
AG > 32 semaines

Table radiante

Dès arrêt du soutien respiratoire

< 37 semaines
ou < 2500gr

**Lit chauffant à
37°C + body**

> 37 semaines
ou > 2500gr

Berceau

	1200 – 2500 gr	> 2500 gr
0 – 24 heures	31.5°C – 35°C	31°C – 35°C
24 – 48 heures	31.5°C – 35°C	30.5°C – 33.5°C
48 – 96 heures	31°C – 34 °C	30°C – 33°C
4 – 14 jours	30°C – 33°C	29°C – 32.5°C

Du lit chauffant ...au berceau

